



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
26-400 PRZYSUCHA
AL. JANA PAWŁA II 9A

NIP 799-17-26-344, REGON 670205134

sekretariat@spzzozprzysucha.pl
www.spzzozprzysucha.pl

L. Dz. SPZZOZ/458/2020

Przysucha, dnia 10.07.2020 roku.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Zgodnie z art.92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. 2015 poz.2164 z póź.zm.) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przysusze informuje ,że w wyniku postępowania przetargowego z dnia 25.06.2020 r. na:

„Dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze – znak 02/ZP/2020 wybrano oferty następujących Wykonawców:

1.Najkorzystniejsze oferty w zakresie poszczególnych części zamówienia:

Zadanie nr	Nazwa(firma),siedziba i adres	Kryterium oceny ofert		Łączna punktacja
		Cena-60%	Termin - płatności 40 %	
1	Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa	420 pkt.	280 pkt.	700 pkt.
2	Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa	420 pkt.	280 pkt.	700 pkt
3	Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa	420 pkt.	280 pkt.	700 pkt
4	Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa	420 pkt.	280 pkt.	700 pkt
5	Biglo Diagnostyka Laboratorium Sp. z o.o. 04-697 Warszawa, ul. Mrówcza 243	420 pkt.	280 pkt.	700 pkt
6	Sysmex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa	420 pkt.	280 pkt.	700 pkt

Kancelaria SPZZOZ w Przysusze
tel. (048) 383 35 05
poniedziałek - piątek w godz. 7²⁵ – 15⁰⁰
centrala tel. (048) 383 35 00 do 03
tel/fax (048) 383 35 04



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
26-400 PRZYSUCHA
AL. JANA PAWŁA II 9A**

NIP 799-17-26-344, REGON 670205134

sekretariat@spzzozprzysucha.pl
www.spzzozprzysucha.pl

7	Farmator Sp. z o.o. 87-100 Toruń Ul.Podchorążych 4	420 pkt.	280 pkt.	300 pkt
8	Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa	420 pkt.	280 pkt.	700 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wszystkie wymagania formalnoprawne, są zgodne z zapisami SIWZ i na podstawie kryteriów oceny ofert: cena (60 %), termin płatności (40%) uzyskały najwyższą liczbę punktów.

2. Punktacja pozostałych ofert:

Zadanie nr	Nazwa(firma),siedziba i adres	Kryterium oceny ofert		Łączna punktacja
		Cena-60%	Termin płatności 40 %	
1	Biglo Diagnostyka Laboratorium Sp. z o.o. 04-697 Warszawa, ul. Mrówcza 243	-	-	-
2	Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa	-	-	-
6	Biglo Diagnostyka Laboratorium Sp. z o.o. 04-697 Warszawa, ul. Mrówcza 243	343,56 pkt.	280 pkt.	623,56 pkt.
7	Biglo Diagnostyka Laboratorium Sp. z o.o. 04-697 Warszawa, ul. Mrówcza 243	418,58 pkt	280 pkt.	698,58 pkt.

3. Wykonawcy wykluczeni: brak.

4. Informacja o unieważnieniu: brak.

4. Oferty odrzucone:

W postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

**1.Biglo Diagnostyka Laboratorium Sp. z o.o.
04-697 Warszawa, ul. Mrówcza 243**

W zakresie Zadania nr 1 – Biochemia

Uzasadnienie prawne:

art. 89 ust.1 pkt 2 i 6, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Kancelaria SPZZOZ w Przysusze
tel. (048) 383 35 05
poniedziałek - piątek w godz. 7²⁵ – 15⁰⁰
centrala tel. (048) 383 35 00 do 03
tel/fax (048) 383 35 04



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
26-400 PRZYSUCHA
AL. JANA PAWŁA II 9A**

NIP 799-17-26-344, REGON 670205134

sekretariat@spzzozprzysucha.pl

www.spzzozprzysucha.pl

Uzasadnienie faktyczne:

W zakresie Zadania nr 1 treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mianowicie:

I Tabela A (wykaz odczynników) nie zawiera ilości i wyceny dla odczynnika do oznaczania TIBC/UIBC.

W tabeli z badaniami w pozycji 10 jest zapis Zamawiającego : Żelazo (w tym 400 TIBC).Zaoferowany zestaw odczynnikowy przez firmę Biglo , 981236, pakowany jako 10x20ml opisany jest w ulotce Używania , jako test dla oznaczenia stężenia żelaza w surowicy i osoczu na analizatorach Konelab. W tabeli ofertowej i w samej ofercie firmy Biglo nie ma zestawu odczynnikowego (oznakowanego Numerem Katalogowym) dla testu opisanego jako TIBC bądź UIBC.

Tabela A poz 22.23.24.- elektrody Na, K, Cl, przewidziano po 3 sztuki na trzy lata, są to zaniżone ilości, nie wynikające z czasu przydatności(gwarancji) do użycia przewidzianego przez producenta. Czas gwarancji producenta przewiduje dla elektrody „Na” 6 m-c od włożenia, „K” 4m-c od włożenia a dla „Cl” tylko 2m-c od włożenia.

II Tabela B – w pozycji kalibratory brakuje kalibratorów do kalibracji elektrolitów – „ISEcal 2, ISEcal 3” i kalibratora do kalibracji enzymów „e-cal” wraz z ich wyceną

II Tabela B –w pozycji kontrole zaniżona jest ilość kontroli OMNI- CORE1 i OMNI- CORE2 winno być min. po 18 opakowań na 3 lata

II Tabela B – naliczenia w pozycji :

4. Kit konserwacyjny PRIME30 6 – miesięcy –cena jedn..netto -750,00zł

5.Kit konserwacyjny PRIME30/60 ISE 6-miesięcy – cena jedn.netto- 440,00zł

6.Kit konserwacyjny PRIME30 12-miesięcy – cena jedn.netto-5500,00zł

7.Kit konserwacyjny PRIME30/60 ISE12- miesięcy –cena jedn.netto-2100,00zł

dotyczą materiałów zużywalnych wymienianych podczas planowanych pół i rocznych serwisów producenta , a zgodnie z \$ 7 pkt.1 umowy SIWZ wynagrodzenie z tytułu czynszu dzierżawnego obejmuje koszty serwisowania aparatów.

W zestawieniu parametrów granicznych, dla „Wydajność”, Zamawiający opisał, że wymaga analizatora o wydajności > 300 badań na godzinę, czyli oczekiwał, iż będzie to analizator o wydajności większej niż 300 badań na godzinę. Firma Biglo potwierdziła, iż oferowany analizator spełnia ten wymóg i zaoferowała aparat o wydajności równej 300 badań na godzinę

2. Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181B

02-222 Warszawa

W zakresie Zadania nr 2 – Immunochemia

Uzasadnienie prawne:

art. 89 ust.1 pkt 2 i 6, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

1. Niespełnienie warunku minimalnej wydajności aparatu – 80 oznaczeń na godzinę. Zaoferowany przez firmę Beckman analizator posiada maksymalną wydajność 100 oznaczeń na godzinę tylko w przypadku oznaczania na tym aparacie testów w technice jednostopniowej. W przypadku oznaczania testów dwustopniowych maksymalna wydajność analizatora wynosi 50 oznaczeń na godzinę. Przeważająca ilość testów oferowanych przez Beckman to testy dwustopniowe (ok 80 %). W związku z tym rzeczywista wydajność analizatora jest poniżej wymaganego minimum.
2. Oferta nie zawiera wyceny badań USR (Syphilis) – pozycja 15 tabeli A. Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie z dnia 22 czerwca 2020 r. SPZZOZ w Przysusze zezwolił na wykonywanie testów w laboratorium zewnętrznym, jednakże nie zwalnia to z wyceny przedmiotowego parametru. Powoduje to

Kancelaria SPZZOZ w Przysusze

tel. (048) 383 35 05

poniedziałek - piątek w godz. 7²⁵ – 15⁰⁰

centrala tel. (048) 383 35 00 do 03

tel/fax (048) 383 35 04



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
26-400 PRZYSUCHA
AL. JANA PAWŁA II 9A**

NIP 799-17-26-344, REGON 670205134

sekretariat@spzzozprzysucha.pl
www.spzzozprzysucha.pl

nieporównywalność ofert oraz niezgodne z SIWZ zaniżenie wartości oferty.

3. Niespełnienie warunku zabezpieczenia przed zjawiskiem carry – over. Ze względu na konstrukcję technologiczną oferowany analizator nie posiada skutecznego zabezpieczenia przed błędem carry -over. Fakt ten może powodować ryzyko wystąpienia incydentów medycznych związane z fałszywymi wynikami oznaczeń troponiny. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 18 z dnia 22 czerwca 2020 r. nie wyraził zgody na zastosowanie systemu mycia sond, który zapobiega istotnej kontaminacji podtrzymując warunek całkowitej eliminacji tego ryzyka. Ponadto oferta nie zawiera oszacowania liczby dodatkowych testów, które będą powtarzane ze względu na występowanie zwiększonej liczby niejednoznacznych oznaczeń.
 4. Zaoferowano zbyt małą ilość kalibratorów, biorąc pod uwagę wymagane objętości kalibratorów konieczne do wykonania kalibracji 6 i 7 punktowej, gdzie są oznaczane w dubeltach, a także w poczwórnych oznaczeniach, jak dla Tnl hs (poziomy S0-S2). Fakt ten rzutuje na końcową objętość kalibratorów wymaganą do każdej procedury kalibracji, co jest przyczyną niedoszacowania ilości zaoferowanych kalibratorów.
5. Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2

Do wiadomości otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania.
2. A/a

Dyrektor SPZZOZ w Przysusze
lek. Julian Wróbel

(dokument podpisany elektronicznie)

Kancelaria SPZZOZ w Przysusze
tel. (048) 383 35 05
poniedziałek - piątek w godz. 7²⁵ – 15⁰⁰
centrala tel. (048) 383 35 00 do 03
tel/fax (048) 383 35 04