



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA
AL. JANA PAWŁA II 9A
NIP 799-17-26-344, REGON 670205134

sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl
www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl

L.Dz. SPZZOZ/.../2012

Przysucha, dnia 06.07.2012 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Dostawa i montaż wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z przebudową pomieszczeń do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.

Nr sprawy:40/ZP/2012.

W dniu 03.07.2012 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w. zadania:

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, pkt.70.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, załącznik nr 2, rozdział VI. „ŚWIADCZENIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ”, Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 81/2011/DSOZ w zakresie „WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK), załącznik nr 3 część b do Zarządzenia”, pracownie realizujące w/w świadczenia powinny być wyposażone m.in. w „strzykawkę automatyczną do podania środka kontrastowego”, czyli dedykowany do tomografii komputerowej wstrzykiwacz min. jednogłowicowy, z pomocą którego można nawet realizować świadczenia tak specjalistyczne jak TK tętnic wieńcowych czy TK tętnic jamy brzusznej. Jedynie pracownie które chciałby by realizować świadczenia z pozycji 27 tj. „Tomografia komputerowa serca – badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego” powinny być wyposażone w dwukomorową strzykawkę automatyczną do podania środka kontrastowego.

W związku z udzieloną odpowiedzią w dniu 26.06.2012 w zakresie pkt. 70 załącznika 5 do SIWZ, Zamawiający zwiększył wymaganie dotyczące automatycznego wstrzykiwacza kontrastu tj. „: Zamawiający będzie wymagał wstrzykiwacza dwugłowicowego, umożliwiającego podanie dwu

płynów (środka cieniującego i soli fizjologicznej) z możliwością zaprogramowania ich podania, w tym jednocześnie i kolejno”.


Pragniemy zauważyć, że w przypadku braku realizacji świadczenia „Tomografia komputerowa serca – badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego”, a tak wynika z przedstawionych wymagań SIWZ dotyczących tomografu komputerowego, wstrzykiwacz ten nie będzie w pełni wykorzystany, a jego pozostała funkcjonalność może z powodzeniem zastąpić wstrzykiwacz jednogłowicowy, który spełnia wymagania pełna Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednogłowicowej strzykawki automatycznej, która będzie spełniać wymogi MZ i Prezesa NFZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający nie zamierza, na zakupionym tomografie komputerowym, wykonywać badań serca, gdyż dedykowanym do tego urządzeniem są tomografy 64-rzędowe wyposażone w odpowiednie oprzyrządowanie.


Andrzej Duda
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia